

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| Наименование изделия | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения) | Конкретные показатели |
|---|--|--|
| Тумба медицинская: МД ТП L-9 | Назначение | Предназначена для хранения личных вещей пациентов, медикаментов в больничной палате или домашних условиях. Тумба комплектуется прикроватным поворотным столиком, который помогает больному с постельным режимом принимать пищу, читать, разместить ноутбук для работы. |
| | Габаритные размеры тумбы, мм | |
| | - высота | 653 |
| | - высота с установленными колесами | 710 |
| | - ширина | 420 |
| | - глубина | 490 |
| | - высота тумбы с максимально опущенным столиком | 890 |
| | - диапазон регулировки столика по высоте, мм | не менее 360 |
| | Материал каркаса тумбы | сталь |
| | Толщина стали, мм | 0,7 |
| | Количество выдвижных ящиков, шт. | 1 |
| | Количество дверей, шт. | 1 |
| | Количество подъемно-поворотных столиков, шт. | 1 |
| | Размер столешницы, мм | 534 x 354 |
| | Материал столешницы | ЛДСП |
| | Толщина столешницы, мм | 16 |
| | Цвет столешницы | белый |
| Столешница имеет бортик по всему периметру | наличие | |
| Высота бортика над рабочей поверхностью столика, мм | 6 | |
| Угол поворота столика, ° | 360 | |

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| | |
|--|----------------------------------|
| Высота и угол наклона столика фиксируется с помощью зажимных винтов с пластиковой головкой | наличие |
| Стойка столика выполнена из трубы круглого сечения диаметром 30 мм | наличие |
| Гальваническое покрытие стойки столика | наличие |
| Верхнее отделение: | |
| Выдвижной ящик | наличие |
| Размер выдвижного ящика (Д/Ш/В), мм | 430 x 337 x 90 |
| Размер лицевой панели ящика (Ш/В), мм | 367 x 109 |
| Материал ящика | сталь |
| Максимальная нагрузка на ящик, кг | 7 |
| Открытие ящика на телескопических направляющих | наличие |
| Длина телескопических направляющих, мм | 450 |
| Эргономичная ручка, шт. | 1 |
| Материал ручки | металл с хромированным покрытием |
| Размер ручки, мм | 135 x 15 x 20 |
| Нижнее отделение: | |
| Размер двери, мм | 367 x 451 |
| Ребро жёсткости на двери | наличие |
| Размер ребра жёсткости на двери, мм | 443 x 70 |
| Эргономичная ручка, шт. | 1 |
| Материал ручки | металл с хромированным покрытием |
| Размер ручки, мм | 135 x 15 x 20 |
| Защелка магнитная на дверь | наличие |
| Полка, шт. | 1 |
| Размер полки, мм | 414 x 463 |
| Максимальная нагрузка на полку, кг | 15 |
| | |
| Подложка заливная в верхней части тумбы | наличие |
| Длина подложки, мм | 55 |
| Ширина подложки, мм | 20 |
| Колесные опоры на тумбе, шт. | 2 |
| Колесные опоры на тумбе с тормозом, шт. | 2 |
| Дополнительная колесная опора сбоку тумбы, шт. | 1 |

Код по ОКПД2 32.50.30.110: Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

| | |
|---|--|
| Диаметр колесных опор, мм | 50 |
| Материал колесных опор | немаркая резина серого цвета |
| Цвет покрытия корпуса тумбы | белый |
| Покрытие | гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое |
| Химическая устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | наличие |
| Вес изделия, кг. | 23 |
| Материал упаковки | гофрокартон |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Декларация о соответствии | наличие |
| Сертификат соответствия | наличие |
| Нахождение в реестре Минпромторга | наличие |
| Страна производства | РФ |